Техническое задание
на Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный

№ п.п.	Наименование и характеристика параметра	Предложение поставщика
1.	Предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей	
2.	Производительность не менее 95 $м^3$/час	
3.	Источник излучения - 3 (три) ртутных безозоновых лампы мощностью 15 Вт	
4.	Срок службы бактерицидных ламп, не менее 9000 ч	
5.	Бактерицидная эффективность не менее 99,9%	
6.	Суммарная мощность УФ-излучения бактерицидных ламп, не менее 14,0 Вт	
7.	Поверхность рабочей камеры выполнена из зеркального нержавеющего листа, который защищает электронный блок управления от УФ излучения и повышает бактерицидную эффективность обработки воздуха	
8.	Цифровой четырехразрядный счетчик, фиксирующий отработанное лампами время	
9.	Световые индикаторы, расположенные на панели управления, сигнализирующие о выходе из строя лампы, вентилятора или элементов их сети	
10.	Наличие режима автоматического отключения	
11.	Режим автоматического отключения предназначен для задания времени работы от 1 ч до 9 ч бактерицидных ламп с последующим их автоматическим отключением	
12.	Возможность перехода из режима автоматического отключения в неограниченный режим работы с помощью нажатия одной кнопки	
13.	Корректированный уровень звуковой мощности, не более 40 дБА	
14.	Класс изделия по электробезопасности – 1 (согласно ГОСТ Р 50267.0-92)	
15.	Потребляемая мощность не более 65 Вт	
16.	Гарантия не менее 2 лет	
17.	Авторизированные сервисные центры по гарантийному и постгарантийному обслуживанию	
18.	Декларация о соответствии / сертификат соответствия	
19.	Регистрационное удостоверение	